



**NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS
RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS**

Tiekėjams pagal sąrašą

2011-04-06 Nr. 3A-275

DĖL KONKURSO „IMUNOAFININIŲ KOLONĖLIŲ, KIETAFAZĖS EKSTRAKCIJOS KOLONĖLIŲ, SKYSČIŲ BEI DUJŲ CHROMATOGRAFINIŲ KOLONĖLIŲ BEI CHROMATOGRAFIJAI REIKALINGŲ PRIEDŲ PIRKIMO (PIRKIMO NUMERIS 101885) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Atsakydami į tiekėjų paklausimą, atliekant Imunoafininių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių, skysčių bei dujų chromatografinių kolonėlių bei chromatografijai reikalingi priedų pirkimą (pirkimo numeris 102674), teikiame konkurso sąlygų paaiškinimą:

Paklausimas. Išnagrinėjus atviro konkurso „Imunoafininių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių, skysčių bei dujų chromatografinių kolonėlių bei chromatografijai reikalingi priedų pirkimas“ sąlygas iškilo neaiškumai, kuriuos prašome patikslinti:

1) 51.3. punkte nurodyta, kad komisija pasiūlymą gali atmesti, jeigu tiekėjas pateikė pasiūlymą, kuris neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų). Norime paklausti, kokiose ribose gali svyruoti nurodyti reikalavimuose norimi parametrai, kadangi kiekvieno gamintojo gaminamos kolonėlės yra su individualiais parametru dydžiais ir skirtingų gamintojų tie dydžiai skiriasi?

Tarkime 4.1 dalyje "Skysčių chromatografinė kolonėlė oktadecil silano pagrindu skirta vaistų likučių analizei" reikalavimuose nurodyti parametrai:

- a) Sorbentas: C 18, blokuota, C užkrova: 17 %
- b) Porų dydis: 120 A
- c) pH intervalas 2.0-8.0

Mes pateiktume pasiūlymą šiai kolonėlei, kurios parametrai sekantys:

- a) Sorbentas: C18, blokuota, C užkrova: 17.5 %
- b) Porų dydis; 110 A
- c) pH intervalas 1.0-9.0

Ar toks pasiūlymas būtų atmestas kaip neatitinkantis techninių reikalavimų?

Atsakymas. Atsakydami į tiekėjo paklausimą, informuojame, kad pasiūlymai pateikti atviram konkursui „Imunoafininių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių, skysčių bei dujų chromatografinių kolonėlių bei chromatografijai reikalingų priedų pirkimas“ komisijos bus atmesti, jeigu pasiūlymo techninės charakteristikos neatitiks konkurso sąlygose nustatytų techninių specifikacijų reikalavimų.

Direktorius

Gediminas Pridotkas

I. Jarmalaitė, tel. (8 5) 278 0480, el. p. ijarmalaite@vet.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga
J. Kairiūkščio g. 10, 08409 Vilnius

Tel. (8 5) 278 0470
Faks. (8 5) 278 0471
El. p. nmvrvi@vet.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190781293